

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 74
Š i b e n i k

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Laboratorijska oprema sa potrebe Službe mikrobiologije s parazitologijom
(laboratorijski namještaj)

Šibenik, listopad 2015.

SADRŽAJ:

- A) Poziv za dostavu ponuda
- B) Upute ponuditeljima za izradu ponude
- C) Obrazac ponude

A) POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Na temelju čl.5.,čl.18.st.3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11, 10/12,83/13,143/13,13/14) te članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik, Matije Gupca 74, OIB:84082732674, tel: 022 341 232;022 341 231 mob: 091 929 1433; E-mail:zzjz-sibenik@hi.htnet.hr, djelatnost: zdravstvo, kao javni naručitelj objavio je poziv za dostavu ponuda za predmet nabave:

33192300-5 Medicinski namještaj osim kreveta i stolova

33192200-4 Medicinski stolovi

38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

Evidencijski broj: **47/15 Laboratorijska oprema**

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na web stranici:www.zzjz-sibenik.hr

B) UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. NARUČITELJ: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Matije Gupca 74

22 000 Šibenik

Tel: 022 341 232

Fax: 022 215 063

E-mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

Osoba zadužena za komunikaciju: Vedran Milković, mag.iur.

tel:022 341 231 mob:091 929 1433

fax:022 215 063

Email:zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

milkovic.vedran@zzjz-sibenik.hr

Internetska stranica naručitelja: www.zzjz-sibenik.hr

2. Poziv za dostavu ponuda za: 47/15 Laboratorijska oprema

**3. Odluka o izboru ponuditelja za nabavu : Laboratorijska oprema za potrebe
Službe mikrobiologije s parazitologijom
(laboratorijski namještaj)**

4. **Mjesto isporuke:** Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, na adresi: Šibenik, Matije Gupca 74

5. Ugovor o javnoj nabavi za: **Laboratorijska oprema za potrebe Službe mikrobiologije (laboratorijski namještaj)**

Laboratorijski namještaj za Službu medicinske mikrobiologije ZZJZ Šibensko kninske županije

Prostorija 114: Uništavanje infektivnog otpada

1. Kontrola i čišćenje ventilacijskog kanala i ventilatora + montaža bočnih zavjesa L= 2x 700 mm kom 1

2. Radni stol (inox) dim. 900x600x900, Z- metalna konstrukcija; kom 1

Radna ploha od čelika. Uzdignuti rubovi, jednostavan za održavanje, pranje, čišćenje i dezinfekciju

Debljina plohe najmanje 35 mm

Konstrukcija stola izrađena od čeličnih cijevi (minimalno 50X50X2,5 i 50X90X2,5), pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 otpornim na kiseline.

Metalna stopa konstrukcije da prijanja uz pod cijelom površinom. Jednostavno za održavanje, čišćenja i dezinfekciju. Podesiva nivelacija +/-20mm.

Dijagonalne metalne spone za veću stabilnost stola.

Sukladno EN 13150

Prostorija 115: Priprema podloga i reagensija

3. Viseći ormari 2x 900x350x750 mm s polikarbonatnim vratima + 1x 600x350x750 s drvenim vratima; kom 1

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala debljine (najmanje 18 mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala (najmanje 18 mm), zaštićena ABS trakom (0,8 mm) sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice sa sve četiri strane ABS traka (0,8 mm). Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti minimalno 35 kg.

Sukladno EN 14727

Prostorija 111: (brisevi- ordinacija – HPV)

4. Viseći ormar 800x350x750 mm s polikarbonatnim vratima; kom 1

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (najmanje 18 mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047.

Vrata izrađena od vlagootpornog iverala (najmanje 18 mm), zaštićena ABS trakom RAL 7047 sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing).

Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm.

Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm, dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047.

Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti minimalno 35 kg.

Sukladno EN 14727

5. Viseći ormar 600x350x750 s drvenim vratima;

kom 2

Ormarić izrađen od vlagentpornog iverala (najmanje 18 mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8 mm RAL 7047.

Vrata izrađena od vlagentpornog iverala, zaštićena ABS trakom RAL 7047 sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing).

Unutar ormara polica izrađena od vlagentpore iverice (najmanje 18 mm) sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm.

Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047.

Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom minimalne nosivosti 35 kg.

Sukladno EN 14727

Prostorija 118: Prijamna ambulanta- vađenje krvi

6. Viseći ormar 800x350x750 mm s polikarbonatnim vratima+ pregrada;

kom 2

Ormarić izrađen od vlagentpornog iverala, svi rubovi zaštićeni ABS trakom.

Vrata izrađena od vlagentpornog iverala, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane.

Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing).

Unutar ormara polica izrađena od vlagentpore iverice sa sve četiri strane ABS traka.

Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047.

Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom minimalne nosivosti 35 kg.

Sukladno EN 14727

Prostorija 119: Prijam uzoraka i izdavanja nalaza

7. Radni stol (HPL) 900x600x750 + 1x fiksni podpultni ormar 450 mm (1/2 kartoteka) + postojeći ladičar 450mm;

kom 1

Radna površina postforming visoko prešani laminat, vlagentporna jezgra, otpornost površine prema otapalima i bakterijama, antistatički i samogasiv, postforming i okapnica. Baktericidni premaz površine.

Ploča testirana prema EN 1186, EN 13130 i CEN/TS 14234

Debljina ploče najmanje 25 mm. Podpultni fiksni ormarić sa ladicom i vratima.

Ormarić izrađen od vlagentpornog iverala (najmanje 18 mm) RAL 7047, svi rubovi zaštićeni ABS trakom 0,8 mm, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom RAL 7047 veće debljine. U gornjoj zoni ormara metalna teleskopska ladica, sa ugrađenim premium vodilicama sa ublaživačima zatvaranja (soft closing), prednja fronta izrađena od vlagentpornog iverala (najmanje 18 mm), zaštićena ABS trakom RAL 7047 sa sve četiri strane. U donjem dijelu se nalaze vrata izrađena od vlagentpore iverice (najmanje 18 mm) zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima

zatvaranja (soft closing). Unutar ormara jedna polica sa sve četiri strane ABS traka. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047. Ručkice plastične ergonomske izrađene od ABS-a RAL 7047 sa identifikacijskim otvorom. Ormarić na PP nogama visine 150mm sa nivelacijskom stopicom RAL 7074.

Sukladno EN 13150, EN 14727

8. Metalna C- konstrukcija 2200x500x720 mm; kom 1

Konstrukcija stola izrađena od čeličnih cijevi (minimalno 50x50x2,5 i 50x90x2,5 mm) nosivosti približno 400 kg/m2, pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 otpornim na kiseline i dezinficijense.

Metalna stopa konstrukcije prianja uz pod cijelom površinom. Jednostavno održavanje i čišćenja. Podesiva nivelacija +-20mm.

Dijagonalne metalne spone za veću stabilnost stola.

Sukladno EN 13150

9. Ugradbeni ormar 900x420x2110 s drvenim vratima; kom 1

Ormar izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18 mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom, a udarni rubovi zaštićeni debljom ABS trakom 0,8 mm.

Vrata izrađena od vlagootporne iverice, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara police sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm. (Broj polica prilagođen visini ormara).

Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom.

Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a RAL 7047 sa identifikacijskim otvorom. Ormar je na PP nogama visine 150mm sa nivelacijskom stopicom RAL 7047.

Sukladno EN 14727

Prostorija 202: Soba voditelja službe

10. Viseći ormar 600+800x350x750 s drvenim vratima; kom 1

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18 mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala, zaštićena ABS trakom 0,8 mm RAL 7047 sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing).

Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice sa sve četiri strane ABS traka 0,8 mm. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti minimalno 35 kg.

Sukladno EN 14727.

11. Viseći ormar 1280x350x520 s drvenim vratima; kom 1

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18 mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala, zaštićena ABS trakom RAL 7047 sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice sa sve četiri strane ABS traka. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti minimalno 35 kg.

Sukladno EN 14727

12. Viseći ormar 800+800x350x750 s drvenim vratima;**kom 1**

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18 mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala, zaštićena ABS trakom RAL 7047 sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 18 mm), sa sve četiri strane ABS traka. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti najmanje 35 kg.

Sukladno EN 14727

Soba 204: Laboratorij za serološku dijagnostiku**13. Viseći ormari 2x 900x350x750 mm s polikarbonatnim vratima + 2x****900x350x750 s drvenim vratima + 1x 450x350x750 s drvenim vratima****kom 1**

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18 mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala (minimalno 18 mm), zaštićena ABS trakom RAL 7047 sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 18 mm) sa sve četiri strane ABS traka. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti minimalno 35 kg.

Sukladno EN 14727

14. Viseći ormar 900x350x380 s drvenim vratima + 600x350x380 s polikarbonatnim**vratima;****kom 3**

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,8 mm RAL 7047. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), zaštićena ABS trakom RAL sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 18 mm) sa sve četiri strane ABS traka. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom minimalne nosivosti 35 kg.

Sukladno EN 14727

Soba 205: Laboratorij za urogenitalne infekcije**15. Nadgradnja 1500x600x850 mm s dva reda polica (2x 1500x250mm + 2x 1500x150 mm);****kom 1**

Police metalne izrađene od čeličnog lima, pocinčane i plastificirane epoxy prahom RAL 7047 otpornim na kiseline, dubine 150 mm. Prednji rub uzdignut 25 mm, zaštićen ABS profilnom. Zadnji rub uzdignut 50. Polica ovješena na perforirane metalne konzolne nosače visine 500mm sa mogućnošću podešavanja visine. Na krajevima polica konzole imaju ukrasne zaštitne ABS poklopce u boji.

16. Viseći ormar 2x 900x350x750 s drvenim vratima + 2x 900x350x750 s polikarbonatnim**vratima + 1x 600x350x750 s drvenim vratima;****kom 1**

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice sa sve četiri strane ABS traka. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (**najmanje 3,00 mm**) dvostrano presvučen melaminskom folijom. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti najmanje 35 kg. Sukladno EN 14727

Prostorija 206: Laboratorij za gastrointestinalne infekcije

17. Viseći ormar 2x 600x350x750 s drvenim vratima + 2x 600x350x750 s polikarbonatnim vratima kom 1

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm) zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 18mm) sa sve četiri strane ABS traka. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan dvostrano presvučen melaminskom folijom. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti najmanje 35 kg. Sukladno EN 14727.

18. Viseći ormar 1x 600x350x750 s drvenim vratima + 1x 900x350x750 s polikarbonatnim vratima kom 1

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 18mm), sa sve četiri strane ABS traka. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti najmanje 35 kg. Sukladno EN 14727

Prostorija 207: Laboratorij za infekcije dišnog sustava

19. Viseći ormar 2x 900x350x750 s drvenim vratima + 1x 900x350x750 s polikarbonatnim vratima Kom 1

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 18mm), sa sve četiri strane ABS traka. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti minimalno 35 kg. Sukladno EN 14727.

Prostorija 208: Laboratorij za bolničke infekcije

20. Viseći ormar 1x 600x350x750 s drvenim vratima + 3x 900x350x750 s polikarbonatnim vratima kom 2

Ormarčić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm) , svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog (minimalno 18mm), zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 18mm) sa sve četiri strane ABS traka. Ručkice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (najmanje 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti minimalno 35 kg.

Sukladno EN 14727

21. Laboratorijski stol 1800/600/800 (HPL) + metalna konstrukcija s kotačima + pomični podpultni ormarčić 450 mm s 4 ladice: kom 1

Radna površina postforming visoko prešani laminat, vlagootporna jezgra, otpornost površine prema otapalima , antistatički i samogasiv, postforming i okapnica. Baktericidni premaz površine. Ploča testirana prema EN 1186, EN 13130 i CEN/TS 14234

Debljina minimalno 28 mm. Konstrukcija stola izrađena od čeličnih cijevi (minimalno 50x50x2,5 i 50x90x2,5 mm), nosivosti približno 400 kg/m², pocinčana i plastificirana epoxy prahom otpornim na kiseline i dezinficijense. Okretni kotači s kočnicama. Sukladno EN 13150.

Ormarčić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18 mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom. Unutar ormara metalne ladice izrađene iz jednog dijela, plastificirane, te sa ugrađenim premium teleskopskim vodilicama sa potpunom izvlačkom i sa ublaživačima zatvaranja (soft closing), prednja fronta izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 18 mm), zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Zadnja stranica mediapan (minimalno 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom. Ručkice plastične ergonomske izrađene od ABS-a RAL 7047 sa identifikacijskim otvorom. Ormarčić na PP okretnim kotačima visine 100mm sa kočnicom.

Sukladno EN 14727

22. Pomični podpultni ormarčić s vratima i jednom ladicom 450x570x765 mm; kom 7

Ormarčić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom, a udarni rubovi zaštićeni ABS trakom. U gornjoj zoni ormarčića metalna ladica izrađena iz jednog dijela, plastificirana, te sa ugrađenim premium teleskopskim vodilicama sa potpunom izvlačkom i sa ublaživačima zatvaranja (soft closing), prednja fronta izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 18 mm), zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Dolje se nalaze vrata izrađena od vlagootporne iverice, zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara jedna polica sa sve četiri strane ABS traka. Zadnja stranica mediapan (minimalno 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom.

Ručkice plastične ergonomske izrađene od ABS-a RAL 7047 sa identifikacijskim otvorom.

Ormarčić je na PP okretnim kotačima visine 100mm sa kočnicom.

Sukladno EN 14727

Prostorija 209: Liječnička soba

23. Viseći ormar 800x350x750 mm s polikarbonatnim vratima; kom 2

Ormarčić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing).

Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 18mm), sa sve četiri strane ABS traka. Ručnice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (minimalno 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti minimalno 35 kg.

Sukladno EN 14727

24. Viseći ormar 800+600x320x750 s drvenim vratima; kom 1

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala (minimalno 18mm), zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 18mm), sa sve četiri strane ABS traka. Ručnice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (minimalno 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti minimalno 35 kg.

Sukladno EN 14727

Prostorija 210: Liječnička soba

25. Viseći ormar 700x350x750 mm s polikarbonatnim vratima; kom 2

Ormarić izrađen od vlagootpornog iverala (minimalno 3,00 mm), svi rubovi zaštićeni ABS trakom. Vrata izrađena od vlagootpornog iverala (minimalno 3,00 mm) zaštićena ABS trakom sa sve četiri strane. Ugrađene spojnice s ublaživačima zatvaranja (soft closing). Unutar ormara polica izrađena od vlagootporne iverice (minimalno 3,00 mm) sa sve četiri strane ABS traka. Ručnice ergonomske izrađene od ABS-a sa identifikacijskim otvorom RAL 7047. Zadnja stranica mediapan (minimalno 3,00 mm) dvostrano presvučen melaminskom folijom RAL 7047. Metalni zidni ovjes sa zidnom šinom nosivosti minimalno 35 kg.

Sukladno EN 14727

26. Laboratorijska stolica povišena; kom 6

Specijalna povišena ergonomska laboratorijska stolica od poliuretana PU, sa kotačima i pneumatskim mehanizmom. Sjedalo i naslon od brizganog integralnog poliuretana gustoće 300-400 kg/m³, dimenzije 460x430 mm. Površina jednostavna za održavanje i dezinfekciju, lako periva. Visina sjedalice 550-720 mm od poda.

Naslon podesiv po visini (50 mm), dubini (30 mm) i nagibu.

Konstrukcija kompletno metalna, površina kromirana.

Prsten za odmaranje nogu.

Zadovoljiti normu EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

27. Laboratorijska kolica dim. 900x600x800 mm; kom 2

Konstrukcija kolica izrađena od čeličnih cijevi, metalnih profila i čeličnog lima, pocinčana i plastificirana epoxy prahom RAL 7047 otpornim na kiseline i dezinficijense. Četiri gumirana okretna kotača sa kočnicom. Metalne police podesive po visini. U police ugrađeni PVC ulošci sa protupreljevnim rubom i pregradama, jednostavno održavanje, čišćenje i dezinfekcija. Kolica se moraju moći smjestiti ispod stola visine 900mm. Ukupna visina kolica 800.

28. Laboratorijska stolica; kom 4

Specijalna ergonomska laboratorijska stolica od poliuretana PU, sa kotačima i pneumatskim mehanizmom. Sjedalo i naslon od brizganog integralnog poliuretana gustoće 300-400 kg/m³, dimenzije 460x430 mm. Površina jednostavna za održavanje i dezinfekciju, lako periva.

Visina sjedalice 440-550 mm od poda.

Naslon podesiv po visini (50 mm), dubini (30 mm) i nagibu.

Konstrukcija kompletno metalna, površina kromirana.

Zadovoljiti normu EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

Boja namještaja: sivo – bijelo.

Na visećim elementima omogućiti postavljanje ploča od pleksiglasa veličine A4.

Boja laboratorijskih stolica: svjetlo siva.

U ponudi priložiti katalog ili fotografije svih elemenata sadržanih u ponudi (viseći elementi, zatraženi ormari, laboratorijski stolovi, laboratorijska kolica, laboratorijske stolice visoke i niske, podpultni mobilni ormarići).

Nacrt prostorije 119: Prijam uzoraka i izdavanje nalaza

Nacrt prostorije 208: Laboratorij za bolničke infekcije

Namještaj treba zadovoljiti norme HRN EN 13150, HRN EN 14727

Jamstvo na isporučeni laboratorijski namještaj najmanje 5 godina, a za laboratorijske stolice najmanje 2 godine.

Dostava i montaža uključena u cijenu.

Rok isporuke je 45 dana od sklapanja ugovora.

6. Procijenjena vrijednost nabave: 93.375,00 kuna bez PDV-a

7. Zabranjeno je davanje alternativnih ponuda

8. Rok za dostavu ponuda: 22.10.2015. u 12:00 sati, u prostorijama ravnateljstva u ulici Matije Gupca 74 u Šibeniku. Dokumentacija je na hrvatskom jeziku

9. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda: 22.10.2015. u 12:00 sati, u prostorijama ravnateljstva, ulica Matije Gupca 74 u Šibeniku.

10. Bitni uvjeti vezani uz financiranje: Plaćanje u roku od 30 dana po ispostavi računa

11. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i dokazi sposobnosti

a. Pravna i poslovna sposobnost, skladno čl.70 Zakona:

Isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar. Dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja objave poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici Zavoda.

Ispravom se dokazuje da poslovni subjekt ima registriranu djelatnost vezano uz predmet nabave.

Razlozi isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave:

- b. Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda sukladno čl.67.st.1. Zakona o javnoj nabavi;
- c. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje sukladno čl.67.st.3.t.1. Zakona o javnoj nabavi;
- d. Ako je dostavio lažne podatke sukladno čl.67.st.1.t.3. Zakona o javnoj nabavi

12. Rok valjanosti ponude: 2 mjeseca

13. Kriterij za odabir: **najniža cijena**

14. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda

a. Oblik i način izrade ponude

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje.

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom, s pečatom na poledini.

Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi te uz naznaku datuma moraju biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave, „**Laboratorijska oprema za potrebe Službe mikrobiologije s parazitologijom**“ s naznakom «ne otvaraj».

Ponuda se dostavlja poštom, osobno ili na bilo koji drugi način do roka označenog na internetskoj stranici naručitelja.

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmjeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.

15. Mogućnost davanja ponude po grupama

Nije dozvoljeno.

16. Cijena ponude

U cijenu ponude trebaju biti zaračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). Cijena se iskazuje u kunama. Cijena mora biti nepromjenjiva za cijelo razdoblje važenja ponude.

Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen u slovima.

17. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostave računa za izvršenu uslugu.

18. Jezik ponude

Ponuda se daje na hrvatskom jeziku.

19. Dopustivost alternativnih ponuda

Alternativne ponude nisu dozvoljene

20. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponude

Ponude se dostavljaju na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik, izravno u ravnateljstvu ili preporučeno poštanskom pošiljkom navedenu adresu do 12:00h sati dana 22.10.2015.

21. Rok za donošenje odluke o odabiru

Rok iznosi 8 dana od dana otvaranja ponuda.

C) OBRAZAC PONUDE

Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, Šibenik

Ponuditelj: _____

Sjedište ponuditelja: _____

Predmet nabave: _____

Cijena za predmete nabave, bez PDV-a:

brojkama _____

slovima _____

Iznos PDV-a: _____

Ukupna cijena ponude :

brojkama _____

slovima _____

Rok valjanosti ponude: _____

Rok i način plaćanja: _____

Potpis ovlaštene osobe:

M.P.

U _____ 2015. godine

