

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 74
Š i b e n i k

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Potrošna laboratorijska oprema

Šibenik, listopad 2015.

SADRŽAJ:

- A) Poziv za dostavu ponuda
- B) Upute ponuditeljima za izradu ponude
- C) Obrazac ponude

A) POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Na temelju čl.5.,čl.18.st.3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11, 10/12,83/13,143/13,13/14) te članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik, Matije Gupca 74, OIB:84082732674, tel: 022 341 232;022 341 231 mob: 091 929 1433; E-mail:zzjz-sibenik@hi.htnet.hr, djelatnost: zdravstvo, kao javni naručitelj objavio je poziv za dostavu ponuda za predmet nabave:

CPV 38000000-5 Laboratorijska oprema

Evidencijski broj: **25/15 Potrošna laboratorijska oprema**

B) UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

- 1. NARUČITELJ:** Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije
Matije Gupca 74
22 000 Šibenik
Tel: 022 341 232
Fax: 022 215 063

Osoba zadužena za komunikaciju: Vedran Milković, mag.iur.
tel:022 341 231 mob:091 929 1433
fax:022 215 063
Email:zzjz-sibenik@hi.htnet.hr
milkovic.vedran@zzjz-sibenik.hr

Internetska stranica naručitelja: www.zzjz-sibenik.hr

- 2. Poziv za dostavu ponuda za:** 25/15 Potrošna laboratorijska oprema
- 3. Odluka o izboru ponuditelja za nabavu :** Potrošna laboratorijska oprema

- 4. Mjesto isporuke:** Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, na adresu: Šibenik, Matije Gupca 74

- 5. Ugovor o javnoj nabavi za:** Potrošna laboratorijska oprema za potrebe Službe ekologije

Predmet nabave i tražene karakteristike:

Naziv opreme / robe

BIRETA DIGITALNA (1kom.)

Specifikacija

- Volumen 50 mL
- A klasa
- Precizna titracija unutar granica klase
- S obje strane birete veliki kotači za osjetljivu, kap po kap titraciju, ujedno se koriste i za pražnjenje birete
- Cijev za titraciju može se podesiti horizontalno i vertikalno
- Mogućnost pauze u titraciji, a da rezultat ostane memoriran na zaslonu prilikom punjenja i nastavka titracije
- Zaslona za očitavanje volumena: digitalni displej, 4 znamenke, jasno vidljiv
- Mogućnost promjene decimalnog mjesta, mogućnost 3 decimale
- Mogućnost namještanja Automatskog isključivanja nakon određene pauze u radu
- Recirkulacijski ventil: za smanjivanje otpada, te sigurnosni sustav pražnjenja koji smanjuje rizik od slučajnog izlivanja i prskanja
- Bireta se može rotirati za 360⁰, a da je i dalje čvrsto pričvršćena za bocu
- Teleskopska cijev za punjenje lako se prilagođava različitim veličinama boca
- Na bireti prozor da se može pratiti reagens u bireti tj. količina zraka
- Nekoliko različitih adaptera za boce (najmanje 3)
- Jednostavno rastavljanje za čišćenje i održavanje

- Tvornički certifikat, garantni rok
- Radne upute na hrvatskom jeziku
- U cijenu uključena dostava
- Osiguran servis

Fotografija ponuđenog modela

Naziv opreme / robe

DISPENZOR

Specifikacija

- Volumen 0,5-5 mL(**1 kom.**); 2,5-25 mL(**2 kom.**); 5-50 mL(**2 kom.**)
 - Podešavanje volumena: na vrhu dispenzora pomoću dugmeta s navojem
 - Za rad s agresivnim reagensima uključujući koncentrirane kiseline npr. H_3PO_4 , H_2SO_4 , lužine npr. NaOH, KOH, slane otopine, te mnoga organska otapala npr. kloroform, pentan
 - Zaslona za očitavanje volumena: digitalni displej, 4 znamenke, jasno vidljiv, volumen se može postaviti točno i ponovljivo (mehanički brojač)
 - Recirkulacijski ventil: za smanjivanje otpada, te sigurnosni sustav pražnjenja koji smanjuje rizik od slučajnog izlivanja i prskanja
 - Dispenzor se može rotirati za 360° , a da je i dalje čvrsto pričvršćen za bocu
 - Teleskopska cijev za punjenje lako se prilagođava različitim veličinama boca
 - Boja označava vrstu reagensa
 - Nekoliko različitih adaptera za boce (najmanje 3)
 - Jednostavno rastavljanje za čišćenje i održavanje
 - Može se autoklavirati na $121^\circ C$
-
- Tvornički certifikat, garantni rok
 - Radne upute na hrvatskom jeziku
 - U cijenu uključena dostava
 - Osiguran servis

Fotografija ponuđenog modela

Naziv opreme / robe

EKSIKATOR (2 kom.)

Specifikacija

- \varnothing 25 cm
 - Unutrašnja ploča
-
- U cijenu uključena dostava

Fotografija ponuđenog modela

Naziv opreme / robe

KLIPNE PIPETE (2 kom.)

Specifikacija

- Volumen 0,5-10 μ L
- Podešavanje volumena: na vrhu klipne pipete pomoću prstena s navojem
- Kočnica: NE
- Tipka za izbacivanje nastavaka za pipetu: vrlo mala radna snaga
- Zaslona za očitavanje volumena: 4 znamenke, jasno vidljiv (sistem povećala)
- Ergonomska, male težine
- Boja označava volumen pipete
- Jednostavno stavljanje i skidanje nastavaka za pipetu

- Komplet nastavaka za pipetu s pripadajućom kutijom
- Tvornički certifikat, garantni rok
- Umjeravanje u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 u tri točke: 0,5, 5 i 10 μ L
- Radne upute na hrvatskom jeziku
- U cijenu uključena dostava

Fotografija ponuđenog modela

Naziv opreme / robe

KLIPNE PIPETE (1 kom.)

Specifikacija

- Volumen 1-10 mL
- Podešavanje volumena: na vrhu klipne pipete pomoću prstena s navojem
- Kočnica: NE
- Tipka za izbacivanje nastavaka za pipetu: vrlo mala radna snaga
- Zaslona za očitavanje volumena: 4 znamenke, jasno vidljiv (sistem povećala)
- Ergonomska, male težine
- Boja označava volumen pipete
- Jednostavno stavljanje i skidanje nastavaka za pipetu

- Komplet nastavaka za pipetu s pripadajućom kutijom koji se mogu autoklavirati
- Tvornički certifikat, garantni rok
- Umjeravanje u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 u tri točke: 1, 5 i 10 mL
- Radne upute na hrvatskom jeziku
- U cijenu uključena dostava

Fotografija ponuđenog modela

Naziv opreme / robe

KLIPNE PIPETE (2 kom.)

Specifikacija

- Volumen 10-100 μ L
 - Podešavanje volumena: na vrhu klipne pipete pomoću prstena s navojem
 - Kočnica: NE
 - Tipka za izbacivanje nastavaka za pipetu: vrlo mala radna snaga
 - Zaslona za očitavanje volumena: 4 znamenke, jasno vidljiv (sistem povećala)
 - Ergonomska, male težine
 - Boja označava volumen pipete
 - Jednostavno stavljanje i skidanje nastavaka za pipetu
-
- Komplet nastavaka za pipetu s pripadajućom kutijom
 - Tvornički certifikat, garantni rok
 - Umjeravanje u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 u tri točke: 10, 50 i 100 μ L
 - Radne upute na hrvatskom jeziku
 - U cijenu uključena dostava

Fotografija ponuđenog modela

Naziv opreme / robe

KLIPNE PIPETE (2 kom.)

Specifikacija

- Volumen 100-1000 μ L
- Podešavanje volumena: na vrhu klipne pipete pomoću prstena s navojem
- Kočnica: NE
- Tipka za izbacivanje nastavaka za pipetu: vrlo mala radna snaga
- Zaslon za očitavanje volumena: 4 znamenke, jasno vidljiv (sistem povećala)
- Ergonomska, male težine
- Boja označava volumen pipete
- Jednostavno stavljanje i skidanje nastavaka za pipetu

- Komplet nastavaka za pipetu s pripadajućom kutijom koji se mogu autoklavirati
- Tvornički certifikat, garantni rok
- Umjeravanje u akreditiranom laboratoriju prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 u tri točke: 100, 500 i 1000 μ L
- Radne upute na hrvatskom jeziku
- U cijenu uključena dostava

Fotografija ponuđenog modela

Naziv opreme / robe

KOLICA OD INOXA (2 kom.)

Specifikacija

- Dvije police
- Dubina police min. 60 mm
- Dimenzije min. 90x55x95 h
- Nosivost 80kg
- Kola s kočnicom

- U cijenu uključena dostava

Fotografija ponuđenog modela

Naziv opreme / robe

KOŠARICE OD INOXA

Specifikacija

- za sterilizaciju
- Dimenzije 16x16x16 cm (4 kom) i 20x20x20 cm (4 kom.)

- U cijenu uključena dostava

Fotografija ponuđenog modela

Naziv opreme / robe

PIPETOR (1 kom.)

Specifikacija

- Volumen 0,1-200 MI
- Prikladan za staklene i plastične pipete
- Bežični rad i rad s punjačem
- Podešavanje brzine motora palcem (punjenje/praznjenje)
- Ergonomska ručka i mala težina
- Svjetlosno upozorenje za potrebu punjenja baterije
- Oko 8 sati neprekidnog pipetiranja bez punjenja
- Obavezan filter i nepovratni ventil koji štiti da tekućina ne prodre u pipetor
- Zidni stalak

- Tvornički certifikat, garantni rok
- Radne upute na hrvatskom jeziku
- U cijenu uključena dostava
- Osiguran servis

Fotografija ponuđenog modela

6. **Procijenjena vrijednost nabave:** 76.500,00 kuna bez PDV-a
7. **Zabranjeno je davanje alternativnih ponuda**
8. **Rok za dostavu ponuda:** 26.10.2015. u 11:00 sati, u prostorijama ravnateljstva u ulici Matije Gupca 74 u Šibeniku. Dokumentacija je na hrvatskom jeziku
9. **Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda:** 26.10.2015. u 11:00, u prostorijama ravnateljstva, ulica Matije Gupca 74 u Šibeniku.
10. **Bitni uvjeti vezani uz financiranje:** Plaćanje u roku od 30 dana
11. **Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i dokazi sposobnosti**
- a. **Pravna i poslovna sposobnost, skladno čl.70 Zakona:**
Isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar. Dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja objave poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici Zavoda.
Ispravom se dokazuje da poslovni subjekt ima registriranu djelatnost vezano uz predmet nabave.

Razlozi isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave:

- b. Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda sukladno čl.67.st.1. Zakona o javnoj nabavi;
- c. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje sukladno čl.67.st.3.t.1. Zakona o javnoj nabavi;
- d. Ako je dostavio lažne podatke sukladno čl.67.st.1.t.3. Zakona o javnoj nabavi
12. **Rok valjanosti ponude:** 2 mjeseca
13. **Kriterij za odabir: EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA**
Kriteriji: 1.kvaliteta
2.isporuka prema traženoj specifikaciji
3.cijena

14. **Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda**

a. **Oblik i način izrade ponude**

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje.

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom, s pečatom na poledini.

Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi te uz naznaku datuma moraju biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave, „**Potrošna laboratorijska oprema za potrebe Službe ekologije**“ «ne otvaraj».

Ponuda se dostavlja poštom, osobno ili na bilo koji drugi način do roka označenog na internetskoj stranici naručitelja.

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može dodatno, pravovaljano potpisanom izjavom izmjeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.

15. Mogućnost davanja ponude po grupama

Nije dozvoljeno.

16. Cijena ponude

U cijenu ponude trebaju biti zaračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). Cijena se iskazuje u kunama. Cijena mora biti nepromjenjiva za cijelo razdoblje važenja ponude.

Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen u slovima.

17. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostave računa za izvršenu uslugu.

18. Jezik ponude

Ponuda se daje na hrvatskom jeziku.

19. Dopustivost alternativnih ponuda

Alternativne ponude nisu dozvoljene

20. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponude

Ponude se dostavljaju na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik, izravno u ravnateljstvu ili preporučeno poštanskom pošiljkom navedenu adresu do 11:00h sati dana 26.10.2015.

21. Rok za donošenje odluke o odabiru

Rok iznosi 8 dana od dana otvaranja ponuda.

C) OBRAZAC PONUDE

Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, Šibenik

Ponuditelj: _____

Sjedište ponuditelja: _____

Predmet nabave: _____

Cijena za predmete nabave, bez PDV-a:

brojkama _____

slovima _____

Iznos PDV-a: _____

Ukupna cijena ponude :

brojkama _____

slovima _____

Rok valjanosti ponude: _____

Rok i način plaćanja: _____

Potpis ovlaštene osobe:

M.P.

U _____ 2015. godine

