

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE  
Matije Gupca 74  
Š i b e n i k

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Autoklav uređaj za standardiziran i automatiziran postupak pripreme  
bakterioloških hranjivih podloga

Šibenik, listopad 2014.

## SADRŽAJ:

- A) Poziv za dostavu ponuda
- B) Upute ponuditeljima za izradu ponude
- C) Obrazac ponude

## A) POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Na temelju članka 5., 18.st.3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11, 10/12,83/13,143/13,13/14) ta članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik, Matije Gupca 74, OIB:84082732674, tel: 022 341 232;022 341 231 mob: 091 929 1433; E-mail:zzjz-sibenik@hi.htnet.hr, djelatnost: zdravstvo, kao javni naručitelj objavio je poziv za dostavu ponuda za predmet nabave:

CPV 33000000-0 Medicinska oprema

Evidencijski broj: **63/14** Autoklav uređaj za standardiziran i automatiziran postupak pripreme bakterioloških hranjivih podloga

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na web stranici:[www.zzjz-sibenik.hr](http://www.zzjz-sibenik.hr)

## B) UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

- 1. NARUČITELJ:** Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije  
Matije Gupca 74  
22 000 Šibenik  
Tel: 022 341 232  
Fax:022 215 063  
E-mail:zzjz-sibenik@si.t-com.hr

**Osoba zadužena za komunikaciju:** Vedran Milković, mag.iur.  
tel:022 341 231 mob:091 929 1433  
fax:022 215 063  
Email:zzjz-sibenik@hi.htnet.hr

**Internetska stranica naručitelja:** [www.zzjz-sibenik.hr](http://www.zzjz-sibenik.hr)

- 2. Poziv za dostavu ponuda za:**  
Autoklav uređaj za standardiziran i automatiziran postupak pripreme bakterioloških hranjivih podloga
- 3. Ugovor o izboru ponuditelja za nabavu uređaja** Autoklav uređaj za standardiziran i automatiziran postupak pripreme bakterioloških hranjivih podloga
- 4. Mjesto isporuke:** Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, na adresu: Šibenik, Matije Gupca 74
- 5. Procijenjena vrijednost nabave:** 150.000,00 kuna
- 6. Ugovor o javnoj nabavi za:**  
Autoklav uređaj za standardiziran i automatiziran postupak pripreme bakterioloških hranjivih podloga

## Predmet nabave i tražene karakteristike:

**Autoklav- uređaj za standardiziran i automatiziran postupak pripreme bakterioloških hranjivih podloga:**

### Karakteristike uređaja:

**Uređaj- autoklav mora imati mogućnost povezivanja s već postojećim sustavom za razlijevanje podloga (APS ONE instrument)**

Homogenizacija medija za vrijeme sterilizacije i razlijevanja	
Praćenje radne temperature te ispis na pisaču u obliku grafikona	
Preciznost temperature s max odstupanjem od 1°C	
Temperaturni raspon od 95 do 125°C	
Hlađenje medija na temperaturu rezlijevanja; raspon temperature razlijevanja razlijevanja od 30 – 70°C	
Maksimalne dimenzije uređaja: V 540 X širina 570 X dubina 760 mm (maksimalno kad se otvori poklopac prema zidu)	
Minimalni Vlumen autoklava je 8 L	
Mogućnost pripreme krvnih podloga bez dodatne opreme, direktno dodavanje krvi ili suplementa bez otvaranja poklopca ( čime je smanjen rizik od kontaminacije)	
Mogućnost minimalno 30 različitih programa za pripremu podloga, s memoriranjem	
Mogućnost dvostrukog grijanja za pripremu čokoladnog agara	
Mogućnost trostrukog korištenja jednog uređaja: 1. Kao uređaj za pripremu podloga, 2. Kao neovisan autoklav uz dodatak košare kao opcije, 3. Kao vodena kupelj	
Korištenje instrumenta kao autoklava za sterilizaciju bez potrebe za izmjenom temperaturne sonde	
Zvučni alarm u slučaju prevelikog odstupanja temperature tijekom procesa, i kao obavijest na kraju radnog ciklusa.	
Obavijest na monitoru kad treba dodati suplement	
Trajnost instrumenta nije ograničena brojem ciklusa sterilizacije	
<b>Instrument treba uključivati:</b>	
Integriranu magnetsku miješalicu koja površinom obuhvaća veliki obujam posude barem polovicu visine) za pripremu medija kako bi se ostvarila kvalitetna homogenizacija medija	
Mjernu sondu za praćenje temperature	
Mjerač tlaka	
Sigurnosni ventil	
Sigurnosni zasun poklopca kod temperatura većih od 80°C	
Sigurnosnu električna sklopka	
Filtar za zrak	

Sustav za vodeno hlađenje	
Ugrađeni otvor za dodavanje suplementa	
LCD ekran	
Autoklav za pripremu hranjivih podloga – min 8 L	
Pisač za ispis podataka o procesu punjenja Petrijevih posuda, treba biti kompatibilan s postojećim sustavom za razlijevanje (ASPO sustav)	

## U cijenu uključeno:

- Isporuka, instalacija uređaja i puštanje u rad
- Edukacija korisnika
- Jamstveni rok najmanje 24 mjeseca od datuma instalacije
- Garantirana isporuka rezervnih dijelova izvan jamstvenog roka ( najmanje 10 godina)
- Ovlašteni servis – od proizvođača ovlašten serviser za ponuđeni uređaj
- Servisna podrška unutar i izvan jamstvenog roka
- Za natječaj dostaviti dokumentaciju u papirnatom obliku iz čega se mogu jasno iščitati sve gore zatražene karakteristike uređaja ( trebaju biti jasno označene/markirane u dokumentaciji)
- Kompletna originalna dokumentacija na engleskom iz koje se jasno vidi koji je uređaj ponuđen– predati za natječaj
- Prilikom instalacije u laboratoriju dokumentacija s engleskog prevedena na hrvatski jezik
- Sažete upute na hrvatskom jeziku u papirnatom i elektronskom obliku – prirediti za natječaj

**7. Rok isporuke:** Regulirati će se ugovorom.

**8. Zabranjeno je davanje alternativnih ponuda**

**9. Rok za dostavu ponuda:** 24.10.2014. u 12:00 sati, u prostorijama ravnateljstva u ulici Matije Gupca 74 u Šibeniku. Dokumentacija je na hrvatskom jeziku

**10. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda:** 24.10.2014. u 12:00, u prostorijama ravnateljstva, ulica Matije Gupca 74. U Šibeniku.

**11. Bitni uvjeti vezani uz financiranje:** Plaćanje u roku od 30 dana

**12. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i dokazi sposobnosti**

**a. Pravna i poslovna sposobnost, skladno čl.70 Zakona:**

Isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar. Dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja objave poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici Zavoda.

Ispravom se dokazuje da poslovni subjekt ima registriranu djelatnost vezano uz predmet nabave.

**- Tehnička i stručna osposobljenost:**

Osiguran servis na području Republike Hrvatske

**Razlozi isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave:**

- b. Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda sukladno čl.67.st.1. Zakona o javnoj nabavi;

- c. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje sukladno čl.67.st.3.t.1. Zakona o javnoj nabavi;
- d. Ako je dostavio lažne podatke sukladno čl.67.st.1.t.3. Zakona o javnoj nabavi

**13. Rok valjanosti ponude:** 2 mjeseca

**14. Kriterij za odabir:** najniža cijena

**15. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda**

**a. Oblik i način izrade ponude**

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje.

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom, s pečatom na poledini.

Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi te uz naznaku datuma moraju biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave „Autoklav uređaj za standardiziran i automatiziran postupak pripreme bakterioloških hranjivih podloga " s naznakom «ne otvaraj».

Ponuda se dostavlja poštom, osobno ili na bilo koji drugi način do roka označenog na internetskoj stranici naručitelja.

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmjeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.

**16. Mogućnost davanja ponude po grupama**

Nije dozvoljeno.

**17. Cijena ponude**

U cijenu ponude trebaju biti zaračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). Cijena se iskazuje u kunama. Cijena mora biti nepromjenjiva za cijelo razdoblje važenja ponude.

Cijena ponude piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen u slovima.

**18. Rok, način i uvjeti plaćanja**

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostave računa za izvršenu uslugu.

**19. Jezik ponude**

Ponuda se daje na hrvatskom jeziku.

**20. Dopustivost alternativnih ponuda**

Alternativne ponude nisu dozvoljene

**21. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponude**

Ponude se dostavljaju na adresu: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, 22 000 Šibenik, izravno u ravnateljstvu ili preporučeno poštanskom pošiljkom navedenu adresu do 12:00h sati dana 24.10.2014.

**22. Rok za donošenje odluke o odabiru**

Rok iznosi 30 dana od dana otvaranja ponuda.

### C) OBRAZAC PONUDE

Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74, Šibenik

Ponuditelj: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sjedište ponuditelja: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Predmet nabave: \_\_\_\_\_

Cijena za predmet nabave, bez PDV-a:

brojkama \_\_\_\_\_

slovima \_\_\_\_\_

Iznos PDV-a: \_\_\_\_\_

Ukupna cijena ponude :

brojkama \_\_\_\_\_

slovima \_\_\_\_\_

Rok valjanosti ponude: \_\_\_\_\_

Rok i način plaćanja: \_\_\_\_\_

Potpis ovlaštene osobe:

\_\_\_\_\_

M.P.

U \_\_\_\_\_ 2014. godine







