


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE		
	SLUŽBA ZA EKOLOGIJU	NAZIV: UPUTA ZA UZORKOVANJE MASLINOVOG ULJA
		OZNAKA: SE- OBR 5.8-1/10
		IZDANJE:01
		STRANICA: 1/1

UPUTA ZA UZORKOVANJE MASLINOVOG ULJA

Za određivanje parametara kvalitete maslinovog ulja (Kiselost, Peroksidni broj, K vrijednosti) potrebno je dostaviti minimalno 200 ml maslinovog ulja. Uzorak treba dostaviti u suhoj, tamnoj staklenoj boci napunjenoj do vrha. Uzorak ne smije biti izložen izvoru svjetlosti i izvoru topline.

Ukoliko se želi i ocjena senzorskih svojstava potrebno je dostaviti 500 ml maslinovog ulja.

U Službi za ekologiju uzorci se primaju od 8-13sati svakog radnog dana.